




確認したつもりでも・・・

例1：人工呼吸器の吸気回路と呼気回路が逆に接続しているのを、後日別の臨床工学技士が発見した。



例2：NPPV装着後、酸素の放流をしていないのを、数時間後に別の看護師が発見した。

例3：薬袋に1包多く残っているのを、翌日の担当看護師が発見した。



例4：輸液ポンプに点滴の指示とは違う流量がセットされていたのを、別の看護師が発見した。



確認の方法

◎声出し・指差呼称

目視のみより有効といわれています。

◎チェックリストの活用

確認をする内容を統一、見える化にしましょう。



今月の一言

あわてるな 忙しいほど ゆっくりと

引用：いろはかるた